

『臨床工学技士 グリーン・ノート 臨床編』正誤表

『臨床工学技士 グリーン・ノート 臨床編』（2014年12月30日 第1版第1刷）に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2015年2月6日 メジカルビュー社編集部)

ページ	誤	正
p.167 2nd stage 上から6行	電源コードが着脱可能な場合は①（ ） Ω以下、電源コードが 着脱可能 な場合は② （ ）Ω以下と規定されています。	電源コードが着脱可能な場合は①（ ） Ω以下、電源コードが 着脱不可能 な場合は ②（ ）Ω以下と規定されています。