関節撮像（肩）

MRI

「臨床画像」vol.35.4月増刊号

使用メーカー名	SIEMENS		機種名		Magnetom aera							1.5T
項目	プロトコール名		肩									
シーケンス名	T2*	STIR	T2	STIR	T1	T2						
撮像法	GRE-MEDIC	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE						
撮像断面	横断	冠状断	冠状断	冠状断	矢状断	矢状断						
TR（ms）	400	7200	4000	7000	500	4000						
TE（ms）	19	90	100	90	9	93						
FOV（mm）	240	250	250	250	250	250						
Matrix	384	320	384	320	384	384						
スライス厚（mm）	3.5	4.5	3.5	4	3.5	3.5						
スライスギャップ（mm）	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7						
スライス枚数	24	22	24	21	24	24						
脂肪抑制	―――	STIR	―――	STIR	―――	―――						
pararell	2	2	2	2	2	2						
加算回数	1	2	3	2	2	3						
撮像時間（分）	2:51	3:00	3:04	2:41	2:35	3:04						
位相方向	A-P	A-P	F-H	F-H	F-H	F-H						
撮像範囲	肩関節											
使用コイル	Body Coil-Spine Coil											
コメント												
再構成												
断面（回転）												
スライス厚												
枚数												
コメント												
ダイナミック回数												
コメント												