頸部撮像（頸部ルーチン）

MRI

「臨床画像」vol.35.4月増刊号

使用メーカー名	SIEMENS		機種名		Magnetom aera							1.5T
項目	プロトコール名		頸部ルーチン									
シーケンス名	STIR	T2W	T1W	T2W	STIR	STIR	DWI b=50	DWI b=1000				
撮像法	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	TSE	EPI	EPI				
撮像断面	横断	横断	横断	冠状断	冠状断	矢状断	横断	横断				
TR（ms）	5400	4000	500	4990	7000	7000	7700	7700				
TE（ms）	108	106	9	91	100	100	92	92				
FOV（mm）	260	240	240	300	300	300	300	300				
Matrix	320	384	320	384	320	320	128	128				
スライス厚（mm）	6	6	6	5	6	6	6.5	6.5				
スライスギャップ（mm）	1.2	0.9	0.9	1	1.2	1.2	1.3	1.3				
スライス枚数	27	29	29	23	19	19	23	23				
脂肪抑制	IR180				IR180	IR180	IR180	IR180				
pararell	2	2	2	3	2	2	2	2				
加算回数	1	1	2	1	1	1	4	4				
撮像時間（分）	3:59	3:14	2:41	2:46	2:36	2:36	3:29	3:29				
位相方向	A-P	A-P	R-L	R-L	R-L	A-P	A-P	A-P				
コメント												
再構成												
断面（回転）												
スライス厚												
枚数												
コメント												
ダイナミック回数												
コメント												