脊椎撮像（頸椎）

MRI

「臨床画像」vol.35.4月増刊号

使用メーカー名	SIEMENS		機種名		Magnetom aera							1.5T
項目	プロトコール名		頸椎									
シーケンス名	T2	STIR	T1	T2								
撮像法	TSE	TSE	TSE	TSE								
撮像断面	矢状断	矢状断	矢状断	横断								
TR（ms）	4000	4500	628	5000								
TE（ms）	103	84	9.4	91								
FOV（mm）	250	250	250	200								
Matrix	448	320	320	320								
スライス厚（mm）	3.5	4.5	3.5	3								
スライスギャップ（mm）	0.5	0.9	0.5	0.6								
スライス枚数	15	11	15	27								
脂肪抑制	-	IR 180	-	-								
pararell	2	2	2	2								
加算回数	3	3	3	1								
撮像時間（分）	3:04	3:00	3:02	3:45								
位相方向	H-F	H-F	H-F	H-F								
撮像範囲	頸椎											
使用コイル	Head Coil～Neck Coil											
コメント												
再構成												
断面（回転）												
スライス厚												
枚数												
コメント												
ダイナミック回数												
コメント												